

**Nome do produto:** STERIreport® Fita Zebrada para VH202

**Código Número:** STR-1011

**Descrição:**

A fita STR-1011 é uma fita de vedação plastica sem presença de celulose para vedação de pacotes com nao tecido e outras embalagens descartaveis de esterilizadas por peroxido de Hidrogenio vaporizado (VH202), nas medidas 19mmx50M com listas impressas com indicador tipo e1 na cor azul que ao contato com Peroxido de Hidrogenio Vaporizado sua cor alterara para o rosa, providenciando uma identificação visual de itens processados de um não-processado.

**Mudança de Cor:**

Listras Indicadoras mudam de Azul para Rosa.

**Istruções de Uso:**

1. Retire uma quantidade apropriada de fita do rolo e feche o pacote de acordo com o procedimento operacional padrão(POP) da instituição.
2. Carregue a esterilizadora normalmente.
3. Processe a carga de acordo com as instruções do fabricante da esterilizadora.
4. Após processado, visualmente verifique se a cor do indicador originalmente azul mudou para rosa.

**Interpretação:**

Quando exposto ao ciclo de esterilização por peroxido de hidrogenio, as listras indicadoras mudaram de azul para rosa.

**NÃO EXPOSTO**



**EXPOSTO**



**Armazenamento:**

Armazene em temperatura normal de 10°-40°C s 10-80% UR. Proteja de excesso de umidade.

**Validade:**

A Data de Validade está impressa na embalagem do produto.

**Numero de Lote:**

Um código de identificação LOT único está impresso em uma etiqueta em cada embalagem.

*Registro no MS. Produto não considerado "Produto para Saúde" conforme Resolução - RDC. 185/2001 e enquadramento sanitário da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.*