

INDICADOR DE LIMPEZA PARA LAVADORA-DESINFETADORA

— STC-W105 —



TEST
SOIL

- DESENVOLVIDO EM METAL
- SIMULA INCRUSTAÇÕES
INTERNAS EM MATERIAIS
CIRÚRGICOS CANULADOS

SOBRE O PRODUTO

O *test soil* conforme **ISO 15883-5:2021**.

Simula incrustações internas em **materiais cirúrgicos canulados**.

Verifica a **efetividade da fase de lavagem** em Lavadora-Desinfetadora .

Ótimo **Custo Benefício**.

INFORMAÇÃO PARA PEDIDOS

ITEM#	EMBALAGEM
STC-W105	PACOTE COM 100 UNIDADES



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O **STC-W105** é um teste desenvolvido para verificar a efetividade da limpeza em **Lavadoras Termodesinfectoras** hospitalares, em conjunto com seu **respectivo suporte simula as incrustações no interior de materiais canulados**, o teste compõe uma pequena lâmina de metal que simula a superfície dos instrumentais cirúrgicos, em sua estrutura é aplicado um **test soil na cor rosa** que simula o sangue e tecidos orgânicos. Após processado a lâmina deve apresentar a remoção do indicador, comprovando que o processo de lavagem foi eficaz.

O test soil foi projetado para verificar a efetividade do jato de água, tempo, temperatura e concentração de detergente no processo de limpeza de uma Lavadora Termodesinfectora hospitalar.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Remova a tampa da ampola e, **utilizando luvas, pegue o STC-W105, abra um suporte STC-W106 (Rígido) ou o STC-W107 (Flexível)** e insira o indicador STC-W105 dentro. Feche o suporte rosqueando as duas partes. O conjunto STC-W105 + STC-W106 ou STC-W107 simulará um instrumento cirúrgico de cânula rígido ou flexível com seu interior contaminado e as barreiras físicas internas da cânula.
2. **Conecte o conjunto** STC-W105 + STC-W106 ou STC-W107 ao dispositivo de bombeamento utilizando o luer lock ou inserindo o suporte no receptor de cânula instrumental no rack.

Nota: Caso a lavadora não apresente um receptor com entrada luer lock para conexão com o dispositivo, utilize o adaptador de silicone enviado com o suporte (STC-W106 ou STC-W107) para a conexão do luer lock do dispositivo com a entrada da lavadora.

3. Faça o processo **conforme validado**.
4. Após o término do ciclo, **remova a lâmina do suporte para a análise do resultado**. Se o ciclo de limpeza foi eficiente, a área rosa do indicador deverá desaparecer.

OBS: varie as posições no rack para testar todas as configurações possíveis ao longo do tempo.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

1. **Não toque o teste** com as mãos nuas.
2. **Use luvas, máscara cirúrgica** e outras medidas de higiene para evitar a contaminação de resíduos de proteínas da pele, com o test soil.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensões: 5,0cm x 0,5cm

Armazenamento: Armazene em temperatura ambiente (10 a 35°C) e 10 a 70% de umidade relativa do ar, após aberto mantenha os indicadores WSTC-105 dentro das ampolas fornecidas e fechado com o zip lock a embalagem.

Identificação: Lote e data de validade estão impressos na embalagem do produto.

*Não use o indicador de limpeza após a data de validade.

CLASSIFICAÇÕES DE NORMAS

ISO 15883-5:2021

Registro no MS. Produto não considerado "Produto para Saúde" conforme Resolução - RDC. 185/2001 e enquadramento sanitário da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.



INTERPRETAÇÃO

O **STC-W105** apresenta um indicador test soil que simula o sangue e tecidos orgânicos conforme ISO 15883-5. O usuário pode determinar:

COMO LER UM INDICADOR DE LIMPEZA PARA LAVADORA-DESINFETADORA

NÃO PROCESSADO



APROVADO



REPROVADO



APROVADO

Se o **test soil for removido** completamente da lâmina metálica o usuário pode determinar que **foram alcançadas as condições ideais de limpeza** da Lavadora Termodesinfetora (efetividade do jato de água, tempo de lavagem, temperatura e concentração do detergente utilizado). Caso permaneça uma imagem residual **incolor** pode-se considerar o teste aprovado.

REPROVADO

Se o test soil **não apresentar a remoção completa da área do indicador**, o usuário pode determinar que as condições de limpeza **não foram alcançadas**. Uma possível falha mecânica, tempo de lavagem, temperatura e concentração de detergente devem ser verificadas. Reprocesse o material, caso ocorra a falha novamente contate o serviço técnico do equipamento.

Registro no MS. Produto não considerado "Produto para Saúde" conforme Resolução - RDC. 185/2001 e enquadramento sanitário da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

